



Oxímetro de Pulso CMS50D CONTEC

Descripción

ESPECIFICACIONES

MODELO

mihaba.com **TIPO** Oxímetro de Pulso de Dedo

OLED PANTALLA

RANGO DE MEDICIÓN SPO2 0 a 100%.

RANGO DE MEDICIÓN PULSO 30 a 250 l.p.m.

REPRESENTACIÓN DEL

Onda o Columna **PULSO**

CONSUMO < 30mA, (20 horas de uso continuo)

RESOLUCIÓN 1% SpO2, 1 l.p.m. Pulso.

±2% SpO2 entre 70 y 100%, sin especificar por debajo de 70%. ±2 **PRECISIÓN**

I.p.m. o ± 2%, (el mayor), para el Pulso

PRECISIÓN EN CASO DE

PULSO DÉBIL

LUZ La variación entre la lectura en oscuridad y en luz artificial es < 1%

±4% SpO2

APAGADO Automático si no hay señal

SENSOR ÓPTICO Luz roja (660nm, 6,65mW), Infrarrojo (880nm, 6,75mW)

CERTIFICACIONES ISO 13485, CE **ALIMENTACIÓN** 2 x pila AAA 1,5V